

RIPA 裂解液

产品货号: T16003

产品规格: 100ml

保存条件: 运输 4℃, 长期保存-20℃

产品简介:

RIPA 裂解液(RIPA Lysis Buffer)是一种传统的细胞组织快速裂解液。RIPA 裂解液裂解得到的蛋白样品可以用于常规的 Western、IP 等。RIPA 的本意是 Radio Immunoprecipitation Assay。本产品 RIPA 裂解液的主要成分为 50mM Tris(pH7.4), 150mM NaCl, 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholate, 0.1% SDS 等。

操作步骤:

- 对于培养细胞样品:
 - 对于贴壁细胞, 去除培养液, 用 PBS、生理盐水或无血清培养液洗一遍(如果血清中的蛋白没有干扰, 可以不洗)。按照每 10^7 细胞加入 200 微升裂解液的比例加入裂解液。用枪吹打数下, 使裂解液和细胞充分接触。通常裂解液接触细胞 1-2 秒后, 细胞就会被裂解。
 - 对于悬浮细胞, 离心收集细胞, 用手指把细胞用力弹散。按照每 10^7 细胞加入 200 微升裂解液的比例加入裂解液。用手指轻弹以充分裂解细胞。充分裂解后应没有明显的细胞沉淀。如果细胞量较多, 可适量添加裂解液。
 - 充分裂解后, 10000-14000rpm 离心 5-10 分钟, 取上清, 即可进行后续的 PAGE、Western、免疫沉淀和免疫共沉淀等操作。
- 对于组织样品:
 - 把组织剪切成细小的碎片。
 - 按照每 20 毫克组织加入 100-200 微升裂解液的比例加入裂解液。(如果裂解不充分可以适当添加更多的裂解液, 如果需要高浓度的蛋白样品, 可以适当减少裂解液的用量。)
 - 用玻璃匀浆器冰上匀浆, 直至充分裂解。
 - 充分裂解后, 10000-14000rpm 离心 5-10 分钟, 取上清, 即可进行后续的 PAGE、Western、免疫沉淀和免疫共沉淀等操作。
 - 如果组织样品本身非常细小, 可以适当剪切后直接加入裂解液裂解, 通过强烈 vortex 使样品裂解充分。然后同样离心取上清, 用于后续实验。

注意事项:

- 裂解得到的蛋白样品, 由于含有较高浓度的去垢剂干扰, 不能用 Bradford 法测定蛋白浓度, 可以选用本公司生产的 BCA 蛋白定量试剂盒测定蛋白浓度。
- 用户使用前可根据需要加入蛋白酶抑制剂如 PMSF 或者根据需要再加入 leupeptin, aprotinin 等其它抑制剂。
- 裂解液中 SDS 4℃ 保存易沉淀析出, 使用前应该 37℃-60℃ 水浴重新溶解完全后回复到室温使用。
- 裂解蛋白的所有步骤都需在冰上或 4℃ 进行。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com