

土壤全铁检测试剂盒（可见分光光度法）

注意：正式测定之前选择2-3个预期差异大的样本做预测定。

产品货号：BA1334

产品规格：50管/48样

产品简介：

铁元素是一种十分重要的植物营养元素，土壤中铁含量直接影响着植物吸收利用以及生长代谢。

在 pH2-9 范围内，盐酸羟胺将三价铁转化为二价铁，与邻菲罗琳反应生成橙红色配合物，在 510nm 有特征吸收峰。

产品组成：

提取剂：粉剂×1瓶，4℃保存。

提取液：液体100mL×2瓶，4℃保存。

试剂一：液体5mL×1瓶，4℃避光保存。

试剂二：液体15mL×1瓶，4℃保存。

试剂三：液体10mL×1瓶，4℃避光保存。

需自备的仪器和用品：

天平、常温离心机、可见分光光度计、1mL玻璃比色皿。

操作步骤：

一、样本处理

新鲜土样风干，过100目筛，按照土壤质量（g）：提取剂质量(g)为1：4的比例（建议称取约0.1g土样，加入0.4g提取剂）缓慢加入提取剂于坩埚中，边加边搅拌均匀，然后在马弗炉中550℃熔融10min，然后在920℃熔融30min，趁热取出坩埚，将熔融物转入烧杯，边搅拌边加4mL提取液，必要时加盖，防止溶液溅出，溶解30min后，5000g，25℃离心10min，取上清液待测。

二、测定操作表

	空白管	测定管
样本（ μL ）		100
试剂一（ μL ）	100	100
试剂二（ μL ）	300	300
试剂三（ μL ）	200	200
H ₂ O（ μL ）	400	300
充分混匀，25℃静置 20min		
于 1mL 玻璃比色皿，蒸馏水调零，测定 510nm 处吸光值 A，分别记为 A 空白管和 A 测定管， $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{空白管}}$		

三、计算公式

标准曲线： $y = 0.1569x - 0.0173$ ， $R^2 = 0.9992$

全铁含量（mg/kg）= $(\Delta A + 0.0173) \div 0.1569 \times V_{\text{反总}} \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}})$
= $254.94 \times (\Delta A + 0.0173) \div W$

V 反总：反应总体积，1mL；V 样：反应体系中加入样本体积，0.1mL；V 样总：加入提取液体积，4mL，W：样本质量，g



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com