

4CN显色试剂盒（HRP显色）

产品货号：T15230

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

4CN是4-氯-1-萘酚的缩写，属于辣根过氧化物酶(HRP)发色系统，与DAB、TMB显色原理类似。

4CN显色试剂盒(HRP显色)其显色原理是4CN与氧化物形成紫色沉淀，可以用于细胞或组织在免疫组化或原位杂交时结合的辣根过氧化物酶显色，也可用于Western等结合有辣根过氧化物酶的膜的显色检测，同时也可以用于细胞或组织内源性的辣根过氧化物酶显色。该显色试剂盒灵敏度一般，过多的吐温20会抑制其显色反应，光照下易褪色。该试剂盒仅用于科研领域，不用于临床诊断或治疗。

产品组成：

产品名称	100ml	500ml	保存条件
试剂（A）：4CN显色液	100ml	500ml	4℃，避光
试剂（B）：4CN氧化剂	2×1ml	2×5ml	室温

自备材料：

1. 洗涤液
2. 蒸馏水

操作步骤（仅供参考）：

1. 常规组织切片、细胞样品、膜与辣根过氧化物酶标记的抗体或其它形式的探针孵育后，用适当洗涤液洗涤3-5次，每次3-5min。对于检测内源性辣根过氧化物酶的组织或细胞样品，在适当固定后，也可用洗涤液洗涤3-5次，每次3-5min。
2. 按4CN显色液：4CN氧化剂=比例混合，即为4CN显色工作液，即配即用。
3. 洗涤过组织后，去除洗涤液，加入适量4CN显色工作液，确保覆盖样品。
4. 室温避光孵育30min或更长时间，直至显色至预期深浅。
5. 去除4CN显色工作液，用蒸馏水清洗1-2次即可终止显色反应。
6. 对组织切片或细胞样品，反应终止后，如有必要可用中性红染色液染色，便于观察。对于膜染色，反应终止后可室温晾干避光保存。

注意事项：

1. 本试剂盒给予的4CN氧化剂多于实际使用量，请按比例使用。
2. 4CN氧化剂易挥发，请注意密闭保存，以免效率下降，一旦开封请尽快使DSK用。
3. 4CN氧化剂有腐蚀性，请勿直接接触于人皮肤、毛发等。
4. 显色后易褪色，请注意避光，以减少染料分解。
5. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com

常见问题及可能原因：

1. 背景显色太深

①在免疫组化时如果背景显色太深，考虑使用适当的封闭液进行封闭，例如选购适当的封闭液或使用和一抗相同来源的血清(10%)进行封闭。也应请注意选购经过适当吸附的二抗，以减小二抗的非特异性吸附。

2. 没有显色或显色太弱

①当提高一抗或二抗的浓度。检测二抗效果，滴一滴稀释二抗在膜上，检测二抗是否可以被正常显色。

②考虑使用更加灵敏的放大检测体系，例如使用生物素检测体系。

③适当延长显色时间，另外确定抗原修复是否对于使用的一抗是必需的。

有效期：6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>