

细胞核仁蛋白染色试剂盒

产品货号: R32885

产品规格: 100ml

检测方法: 显微镜

适用样本: 切片

试剂准备: 10%中性福尔马林固定液、蒸馏水

耗材准备: 一次性手套

使用注意事项:

1. 组织固定宜采用10%福尔马林或中性福尔马林。
2. 本染色液适用于石蜡切片, 切片厚度在3~4 μ m为宜。
3. 如需复染, 可在步骤4之后用中性红复染, 但应注意避免过染。
4. 配制好的AgNOR染色工作液易退化, 现配现用, 不易久置。
5. 低温情况下, AgNOR胶溶液可能有凝固现象, 可置于40~60℃水浴锅中恢复。
6. 染色时间需根据环境温度而定, 如果室温较低, 可适当延长染色时间或在水浴锅(恒温箱)中染色, 如果温度较高, 可相应的缩短时间等。

使用方法:

试剂的配制:

AgNOR染色工作液的配制:

临用前, 按A1: A2=1: 1比例混合, 即为AgNOR染色工作液, 现配现用。

操作步骤(仅供参考):

1. 切片脱蜡入水, 再至蒸馏水。
2. 蒸馏水洗片。
3. 入AgNOR染色工作液, 室温孵育40~60min。
4. 蒸馏水洗片1min。
5. (可选) 甲基绿染色液复染1~3min, 水洗晾干。
6. 常规脱水, 常规透明, 非水溶性封片剂封片。

染色结果:

AgNOR位点: 核内黑色点状。

背景: 根据复染液不同而不同。

注意事项:

1. 组织固定宜采用10%福尔马林或中性福尔马林。
2. 本染色液适用于石蜡切片, 切片厚度在3~4 μ m为宜。

保存条件: 2-8℃, 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>