

氨氮试剂检测套装(水杨酸法)

产品货号：26850

产品规格：20次

适用范围：

本标准规定了测定水中氨氮的水杨酸分光光度法。

本标准适用于地下水、地表水、生活污水和工业废水中氨氮的测定。当取样体积为8.0ml，使用10mm比色皿时，检出限为0.01mg/L，测定下限为0.04mg/L，测定上限为1.0mg/L(均以N计)。

当取样体积为8.0ml，使用30mm比色皿时，检出限为0.004mg，测定下限为0.016mg，测定上限为0.25mg/L(均以N计)。

方法原理：

在碱性介质(pH=11.7)和亚硝基铁氰化钠存在下，水中的氨、铵离子与水杨酸盐和次氯酸离子反应生成蓝色化合物，在697nm处用分光光度计测量吸光度。

干扰及消除：

苯胺和乙醇胺产生的严重干扰不多见，干扰通常由伯胺产生。氯胺、过高的酸度、碱度以及含有使次氯酸根离子还原的物质时也会产生干扰。

如果水样的颜色过深、含盐量过多，酒石酸钾盐对水样中的金属离子掩蔽能力不够，或水样中存在高浓度的钙、镁和氯化物时，需要预蒸馏。

产品组成：

产品名称	规格
显色液	200ml
亚硝基铁氰化钠	10ml
次氯酸钠溶液	10ml
清洗溶液	500ml
1mg/L氨氮标液	100ml
零水	500ml

使用说明：

1. 校准曲线：

(1) 用10mm比色皿测定时，按表1制备标准系列。

表1 标准系列 (10mm比色皿)

管号	0	1	2	3	4	5
标准溶液 (4.15) /ml	0.00	1.00	2.00	4.00	6.00	8.00
氨氮含量/ μ g	0.00	1.00	2.00	4.00	6.00	8.00

(2) 用30mm比色皿测定时，按表2制备标准系列。

表2 标准系列 (30mm比色皿)

管号	0	1	2	3	4	5
标准溶液 (4.15) /ml	0.00	0.40	0.80	1.20	1.60	2.00
氨氮含量/ μ g	0.00	0.40	0.80	1.20	1.60	2.00

根据表1或表2，取6支10ml比色管，分别加入上述氨氮标准使用液(4.15)，用水稀释至8.00ml，按下面样品测定步骤测



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com

量吸光度。以扣除空白的吸光度为纵坐标，以其对应的氨氮含量(g)为横坐标绘制校准曲线。

2. 样品测定：

取水样或经过预蒸馏的试料8.00ml(当水样中氨氮质量浓度高于1.0mg/L时，可适当稀释后取样)于10ml比色管中。加入1.00ml显色剂和2滴亚硝基铁氰化钠，混匀。再滴入2滴次氯酸钠使用液并混匀，加水稀释至标线，充分混匀。

显色60min后，在697nm波长处，用10mm或30mm比色皿，以水为参比测量吸光度。

3. 空白试验：

以水代替水样，按与样品分析相同的步骤进行预处理和测定。

结果表示：

水样中氨氮的质量浓度按下式计算：

$$P_N = \frac{As - Ab - a}{b \times V} \times D$$

式中P_N--水样中氨氮的质量浓度(以N计)，mg/L；

A_s--样品的吸光度；

A_b--空白试验的吸光度；

a--校准曲线的截距；

b--校准曲线的斜率；

V--所取水样的体积，ml；

D--水样的稀释倍数。

准确度和精密度：

表3 标准样品和实际样品的准确度和精密度

样品	氨氮质量浓度 P _N / (mg/L)	重复次数	标准偏差/ (mg/L)	相对标准偏差/%	相对误差/%
标准样品1	0.477	10	0.014	2.94	2.4
标准样品2	0.839	10	0.013	1.55	1.6
地表水	0.277	10	0.010	3.61	-
污水	4.69	10	0.053	1.13	-

注：来自一个实验室的数据。

质量保证和质量控制：

1. 试剂空白的吸光度应不超过0.030(光程10mm比色皿)。

2. 水样的预蒸馏

蒸馏过程中，某些有机物很可能与氨同时馏出，对测定有干扰，其中有些物质(如甲醛)可以在酸性条件(pH<1)下煮沸除去。在蒸馏刚开始时，氨气蒸出速度较快，加热不能过快，否则造成水样暴沸，馏出液温度升高，氨吸收不完全。馏出液速率应保持在10ml/min左右。

部分工业废水，可加入石蜡碎片等做防沫剂。

3. 蒸馏器的清洗

向蒸馏烧瓶中加入350ml水，加数粒玻璃珠，装好仪器，蒸馏到至少收集了100ml水，将馏出液及瓶内残留液弃去。

4. 显色剂的配制

若水杨酸未能全部溶解，可再加入数毫升氢氧化钠溶液(4.6)，直至完全溶解为止，并用1mol/L的硫酸调节溶液的pH值在6.0~6.5。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com